

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΛΗΞΙΑΣ CADD-LEGACY PCA**ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΛΑΡΜ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Res Vol Low	Το φάρμακο στην κασέτα/ασκό λιγοστεύει. Ετοιμαστείτε για αντικατάσταση αναλωσίμου ή για κλείσιμο της αντλίας.
Reservoir Volume Empty	Το φάρμακο τελείωσε. Πατήστε NEXT ή STOP/START για να σιγήσει το αλάρμ. Αποσυνδέστε την αντλία ή αντικαταστήστε το αναλώσιμο εάν έχετε λάβει τέτοιες οδηγίες.
Low Bat	Οι μπαταρίες τελειώνουν αλλά η αντλία λειτουργεί ακόμα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με την πρώτη ευκαιρία.
Battery Depleted	Οι μπαταρίες τελείωσαν, η αντλία δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες άμεσα.
High Pressure	Υψηλή πίεση που δημιουργείται από εμπόδιο στην δίοδο του φαρμάκου ανάμεσα στην αντλία και τον ασθενή. Αφαιρέστε το εμπόδιο για να συνεχιστεί η λειτουργία. Πιθανές αιτίες παρεμπόδισης: Το κλιπ του αναλωσίμου ή της προέκτασης είναι κλειστό. Ο σωλήνας πιέζεται απο τον ασθενή ή κάποιο αντικείμενο. Το σημείο χορήγησης του ασθενούς (φλεβοκαθετήρας, επισκληρίδιος, κλπ. έχει κλείσει). Εναλλακτικά, πατήστε NEXT ή STOP/START για να σιγήσει το αλάρμ έως ότου βρείτε το εμπόδιο και στην συνέχεια βάλτε πάλι την αντλία σε λειτουργία.
Upstream Occlusion	Το φάρμακο δεν προχωράει από το αναλώσιμο προς την αντλία. Ελέγξτε για τσάκισμα του σωλήνα ή για φυσαλίδα αέρα στο κομμάτι της σωλήνωσης ανάμεσα στο αναλώσιμο (ασκός, κλπ) και την αντλία. Αφαιρέστε το εμπόδιο για να συνεχιστεί η λειτουργία. Εναλλακτικά, πατήστε NEXT ή STOP/START για να σιγήσει το αλάρμ έως ότου βρείτε το εμπόδιο και στην συνέχεια βάλτε πάλι την αντλία σε λειτουργία.
Air In Line Detected	Υπάρχει αέρας στην δίοδο του φαρμάκου. Πατήστε NEXT ή STOP/START για να σιγήσει το αλάρμ. Σιγουρευτείτε ότι ο σωλήνας έχει περαστεί σωστά από τον ανιχνευτή αέρα που βρίσκεται στο πλάι της αντλίας. Αν υπάρχει αέρας στην σωλήνωση, κλείστε τα κλιπς, αποσυνδέστε τον σωλήνα από τον ασθενή και αφαιρέστε τον αέρα με την λειτουργία PRIME .
Remote Dose Cord Removed	Το καλώδιο της κατ'επίκλησης δόσης του ασθενούς αφαιρέθηκε ενώ η αντλία βρισκόταν σε λειτουργία. Τοποθετήστε εκ νέου το καλώδιο.
No Disposable, Clamp Tubing	Ξεκούμπωσε το αναλώσιμο με το φάρμακο ή το αναλώσιμο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή υπάρχει δυσλειτουργία στους αισθητήρες της αντλίας. Κλείστε άμεσα τα κλιπ του σωλήνα.
Error	Δυσλειτουργία αντλίας. Κλείστε την αντλία, μην την χρησιμοποιείτε έως ότου την δει τεχνικός.
Service Due	Η αντλία πρέπει να περάσει από service.