Soft-Release-ST

Σετ έγχυσης πλάγιας τοποθέτησης!

Το Soft Realease ST μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε γωνία μεταξύ 15 μοιρών και 30 μοιρών, ανάλογα με το σωματότυπό σας και τις οδηγίες από το γιατρό σας.

Σχεδόν ανώδυνη εισαγωγή, χρησιμοποιώντας ειδικό Inserter ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα περιοχές, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για παιδιά και ενήλικες.



Οδηγίες εφαρμογής & χρήσης





Πλύνετε τα χέρια σας και ακολουθήστε άσηπτη τεχνική. Προετοιμάστε το σημείο έγχυσης αφαιρώντας την υπερβολική τριχοφυΐα. Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, σκουπίστε το σημείο με κυκλική προς τα έξω κίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο είναι τελείως στεγνό προτού συνεχίσετε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη η χρησιμοποιήσετε μαντηλάκι εμποτισμένο με μέσο διαφορετικό από 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, μπορεί να προκληθεί πρώιμη αποκόλληση της ταινίας και διακοπή της χορήγησης φαρμάκου.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της ταινίας, προσέξτε να μην αγγίξετε την κολλητική ουσία. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της κάνουλας.

Σταθεροποιείστε το σημείο έγχυσης και εισάγετε την μαλακή κάνουλα σε γωνία 15 ° -30 ° Για μέγιστη συγκόλληση, πιέστε και κρατήστε πιεσμένη την ταινία στο δέρμα επί 15 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στην ταινία να φτάσει στη θερμοκρασία σώματος.

Κρατήστε την ταινία επάνω στο δέρμα με δύο δάκτυλα του ενός χεριού . Συμπιέστε απαλά τα ελάσματα και αφαιρέστε τη βελόνα εισαγωγέα προσεκτικά με το άλλο χέρι. Απορρίψτε τη βελόνα εισαγωγέα σε ασφαλές δοχείο αμέσως μετά την έγχυση, προκειμένου να αποφύγετε τυχαίο τρύπημα. Οι χρήστε που κάνουν την έγχυση στον εαυτό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παρεχόμενο μπλε κάλυμμα βελόνας για να καλύψουν προσωρινά τη βελόνα εισαγωγέα μετά την αφαίρεση.

Μετά τη σύνδεση της αντλίας έγχυσης, βεβαιωθείτε ότι όλος ο αέρας έχει αφαιρεθεί μέσω της αρχικής πλήρωση της διάταξης σωλήνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες αρχικής πλήρωσης του κατασκευαστή της αντλίας σας.

Θα πρέπει να ακουστούν ένα ή δυο «κλικ».


CE
0120
10 pcs
Soft-Release-ST
INFUSION SET FOR DANA DIABECARE INSULIN PUMP
SINGLE USE ONLY, STERILIZED BY E.O. GAS
Non-Toxic & Non-Pyrogenic
REF
LOT
141030
SR102
2017.10.29
2014.10.30


CE
0120
10 pcs
Soft-Release-ST
DANA DIABECARE INSULIN PUMP
Soft-Release-ST
For use only with
the DANA DIABECARE insulin pump.
Cat. No : SR 102
Straight Needle
CE
0120
Tubing length : 700mm(27inch)
Needle length : 19mm(0.75inch)
Inner diameter : 0.4mm(0.02inch)
Outer diameter : 1.5mm(0.06inch)
NHRIC Code : 8416.0102.31
CAUTION!
This device is restricted to sale by or on the order of a physician.
Change the reservoir and the infusion set regularly; at least every 72 hours.
Check blood glucose 1~2 hours after insertion.
If blood glucose is high, change the set.
Keep dry at room temperature.
STERILE EO
Do not reuse
LOT
141030
2017.10.29
2014.10.30
SOOIL
www.sooil.com
Made in Korea(South)
Sooil Development Co., Ltd.
111-1, Heukssok-dong, Dongjak-gu, Seoul, Korea / Tel: 82(2)-3463-0041 / Fax: 82(2)-3463-7707
Distributed by
SOOIL, LLC 5677 Oberlin Drive, Suite 101, San Diego, CA92121 / Tel: 1-866-747-6645
RSQR Ltd. Ludgate House, 107-111 Fleet Street, London EC4A2AB
www.rsqa.co.uk, info@rsqa.co.uk, Tel: +44(0)207-936-9412